Guia para a Ligação do Q200/HE para o Holter

Preparação do paciente

- Seleccione a área sobre o osso, evitando áreas de músculo e tecido mamário.
- Limpe os sítios dos eléctrodos agressivamente com álcool e utilize uma lâmina de barbear para remover os pêlos.
- Faça a abrasão dos sítios dos eléctrodos com um esfregaço de algodão ou uma gaze. Espere secarem os sítios antes de aplicar os eléctrodos.
- Prenda firmemente os eléctrodos aos fios condutores.
- Aplique os eléctrodos nos sítios apropriados. Prima o bordo adesivo firmemente para obter uma adesão consistente.



- Para ajuda a aliviar a tensão, enrole o fio e prenda os condutores com fita.

Colocação de 5 eléctrodos



Eléctrodos

–	+	
RED	BROWN	C. 1 CMS
RED	BLACK	C. 2 aVF
WHITE	BLACK	C. 3 lead II
GREEN (Terra)		

Technology in Practice™

QRS Diagnostic
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600005-00A (Portuguese)
© QRS

Guia de Início Rápido do Q200/HE para o Holter

PARA ACTIVAR O GRAVADOR PARA O HOLTER

Etapa 1 Insira o cartão SD formatado (utilizando o formato Q200) e a bateria no gravador.

Etapa 2 No écran aparecerão as informações "Q200/HE" e "QRS Diagnostic".* Prima ENTER para chegar ao Menu Principal. Apague a memória se o sistema assim solicitar.

Etapa 3 Se desejar, ajuste as Configurações ao utilizar as setas– ▲ e ▼ – para mover o cursor e o botão ENTER para seleccionar. Utilize as setas para navegar até o menu Config. gerais e para ajustar os dados. Prima ENTER para seleccionar e voltar ao menu.

Etapa 4 A partir do Menu Principal, passe para o écran Novo Paciente a fim de verificar ou digitar a ID do Paciente. Deve-se digitar pelo menos um caracter na ID do Paciente.

Etapa 5 Utilize as setas e o botão ENTER para digitar a ID e prima EVENT (EVENTO) quando terminar. (Prima e segure o botão ENTER para voltar um espaço.) O gravador arrancará automaticamente depois de 10 minutos ou quando se premir o botão EVENT (EVENTO) durante 3 segundos. O sinal e a qualidade do ECG aparecerão no écran.

Etapa 6 Para remover o cartão após a gravação, empurre com cuidado para dentro para que solte. Nunca puxe o cartão para fora da abertura pois isto pode danificar o gravador.

***Observação:** Se no écran aparecer uma contagem regressiva de 15 segundos, será necessário interromper ao premir os botões ENTER,▲,▼, e EVENT (EVENTO), nessa ordem.

MENSAGENS

Condutor Solto – Ocorre quando o paciente não está ligado ao aparelho ou se houver um problema com a ligação. O problema pode estar num eléctrodo, um condutor ou num cabo que liga o condutor ao gravador. A mensagem continuará a piscar por cerca de 10 segundos após a correcção. Depois da correcção, o ECG e depois a hora aparecerão no écran. Se desejar, pode desligar esta mensagem de erro no menu principal.

Bateria BAIXA ou FALHA – Coloque uma nova bateria antes de ligar o gravador.

Apagar memória SIM/NÃO – Se o cartão SD tiver sido utilizado num paciente anterior, deverá apagá-lo agora. Caso não se deva apagar o cartão porque contém dados de ECG que você não quer perder, precisará removê-lo e inserir um novo cartão SD formatado.

Erros no cartão SD – Os cartões SD devem ser formatados com a utilização do seu software LX Holter. Consulte o seu Manual do Operador para obter pormenores a respeito dos erros no cartão SD e sobre como formatar e corrigir.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Contraste	Ajusta o contraste do écran LCD
Cond Solto	Activa/Desactiva a mensagem de erro "Condutor Solto"
Marc. eve.	Marca a localização do evento no ECG
M. tec.	"Silêncio" desliga o som de bipes. "Retardo" evita eventos acidentais ao exigir que o paciente segure o botão por vários segundos para gravar um evento
Tp grav	Comuta entre os modos de gravação do Holter e de Eventos
Tra menu	Trava as configurações do gravador Para travar o gravador, digite "217" Para destravar o gravador, digite "151"
Idioma	Escolha um entre vários idiomas
Alta res	Activa/Desactiva a gravação com alta resolução (Holter apenas).

QRS®
Technology in Practice™

QRS Diagnostic
6901 E. Fish Lake Road, Suite 188
Maple Grove, MN, USA 55369
800.465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com

Release Date: 04/12
EC REP Advena Ltd
33 Bridge St.
Hereford HR4 9DQ
UK
CE 0086
600005-00A (Portuguese)
© QRS